

INFUSION SET FOR INFUSION PUMP

ชุดให้สารละลายสำหรับเครื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาชุดให้สารละลายซึ่งสามารถให้น้ำเกลือ ยา และยาเคมีบำบัดต่างๆ โดยสามารถใช้กับเครื่องให้สารละลาย Infusion pump ในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารละลายต่างๆในปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยตามมาตรฐาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวสาย(Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ PVC ปราศจาก Di (๒-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ใส และนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.
๒. ปลายสายมีเกลียวสำหรับหมุนล็อก (Rotating Male Luer Lock) เพื่อใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เข้าสู่หลอดเลือดมีฝาปิดปลายสาย
๓. ที่แทงจุดขูดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก(Plastic spike) แหลมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)
๔. กระจาปะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) มีลักษณะใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย
๕. มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด / ซีซี
๖. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติก ที่ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลินออกไซด์แก๊ส
๗. สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump ของทางโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการควบคุมปริมาตรสารน้ำได้เป็นอย่างดี
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือยุโรป

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีเอกสารผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา
๒. ผลิตภัณฑ์มีอายุอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
๔. มีการรับรองผลิตภัณฑ์จากมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๕. ทางบริษัทฯต้องจัดหาช่างที่ผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ให้บริการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายของโรงพยาบาลอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี พร้อมออกเอกสารรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. ทางบริษัทผู้ยื่นเสนอราคาชุดให้สารละลาย ต้องจัดหาเครื่อง Infusion pump ที่มียี่ห้อเดียวกันให้แก่โรงพยาบาล